



Instytut  
Farmaceutyczny



Instytut Farmaceutyczny  
Ul. Rydygiera 8  
01-793 Warszawa

Warszawa, 30.05.2016

ADZP 240 -25/16

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dnia 27.05.2016, w postępowaniu pn.:  
**„DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ADZP 240 – 25 /16”**

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, udzielamy następującej odpowiedzi.

**Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:**

**Część II - Zamrażarka pozioma biomedyczna - 1 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności użytkowej 431 l oraz o wymiarach: zewnętrznych 1648 x 808 x 919 mm (szer. x głęb. x wys.) i wewnętrznych 1445 x 500 x 650 mm (szer. x głęb. x wys.)? Zaproponowana zamrażarka spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź do części II**

Zamawiający nie akceptuje podanych wymiarów, ponieważ taka zamrażarka jest dla nas za szeroka (ograniczona przestrzeń na której ma być ustawiona zamrażarka) pozostałe parametry głębokość i wysokość byłyby akceptowalne.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający nie zmienił terminu składania ofert.

**Termin składania ofert: 02.06.2016, godz. 11:30**

**Termin otwarcia ofert: 02.06.2016, godz. 12:00**

Z poważaniem,

INSTYTUT FARMACEUTYCZNY  
Dział Zamówień Publicznych

*M. Troć*  
Magdalena Troć