

**Instytut Farmaceutyczny**  
**Ul. Rydygiera 8**  
**01-793 Warszawa**

Warszawa, 25.02.2016

*Nr sprawy: ADZP 240 -7/16*

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dnia 25.02.2016  
w postępowaniu pn.:

**„DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ADZP 240 – 7/16 II TURA”**

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielamy następującej odpowiedzi.

**Pytanie do części I**

Zwracam się z ogromną prośbą czy zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w poz. 49-51 i odporność termiczna pojemników może mieścić się w zakresie od -20 do +95 °C??

**Odpowiedź do części I**

Zamawiający wymaga aby odporność termiczna pojemników mieściła się w zakresie od -40 do +95 °C

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający nie zmienił terminu składania ofert.

**Termin składania ofert: 01.03.2016, godz. 11:30**

**Termin otwarcia ofert: 01.03.2016, godz. 12:00**

Z poważaniem,  
INSTYTUT FARMACEUTYCZNY  
Dział Zamówień Publicznych

*M. Troć*  
Magdalena Troć